

PERIODICITA' DELLA VERIFICA DEGLI STRUMENTI METRICI

Poiché gli strumenti metrici, nel tempo, possono subire alterazioni, devono essere sottoposti alla verifica periodica, per stabilire se hanno conservato la loro affidabilità metrologica;

Per la diversa natura ed applicazione di essi, si è stabilita per ogni categoria, una differente periodicità di verifica.

CATEGORIA	PERIODICITA' DELLA VERIFICA
Masse e misure campioni; Misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
Strumenti per pesare	3 anni
Complessi di misura per carburanti	2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	4 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione	2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi	4 anni
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministero dell'Industria, sentito il parere del Comitato Centrale Metrico

Sono esclusi dall'obbligo della verifica periodica:

- le misure lineari (**i metri**);
- quelle di capacità in vetro, terracotta o simili (legge 77 / 97);
- gli apparecchi destinati dalle aziende a processi produttivi a carattere interno;
- quelli usati nei laboratori di ricerca e nella prassi medica.

- 1) La verifica periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va richiesta anche a seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo strumento.